

Kiosk zgodności

Skrócona instrukcja obsługi

Kiosk zgodności | QSG | V 1.1 | PL | 11-07-24




OSTRZEŻENIA I NAJLEPSZE PRAKTYKI

- Jeśli Kiosk zgodności wydaje się być uszkodzony lub nie działa prawidłowo, skontaktuj się z WatchGas lub lokalnym dystrybutorem WatchGas.
- Należy unikać kontaktu stacji z cieczami. Kiosk zgodności nie może być montowany w miejscu zewnętrznym, które może być narażone na działanie deszczu lub wilgoci.
- Kiosk zgodności **nie** posiada zatwierdzeń dotyczących lokalizacji niebezpiecznych i może być używany tylko w bezpiecznym i nieszkodliwym środowisku, o którym wiadomo, że jest wolne od toksycznych i/lub łatwopalnych gazów.
- Serwis może być wykonywany wyłącznie przez biuro WatchGas lub przeszkolonego technika serwisu.
- Gwarancja nie obejmuje przepięć elektrycznych, uszkodzeń fizycznych lub spowodowanych wodą.



OSTRZEŻENIE WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: PRZECZYTAJ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI

- W trosce o bezpieczeństwo osobiste zapoznaj się z informacjami i ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa, **zanim** skorzystasz z Kiosku zgodności.
- Używaj Kiosku zgodności tylko w sposób określony przez producenta. Niezastosowanie się do zaleceń może obniżyć poziom ochrony zapewnianej przez Kiosk zgodności. Za bezpieczeństwo i ochronę każdego systemu lub sieci wykorzystujących Kiosk zgodności i jego elementy wyposażenia dodatkowego odpowiada monter systemu.
- Przestrzegaj wszystkich wytycznych National Electric Codes (NEC) i krajowych norm bezpieczeństwa.
- Nie próbuj regulować, demontować ani serwisować sprzętu.
- Używaj tylko dostarczonego adaptera ładowającego, ładowarki USB C 5V 15 watów.



USB Type C


PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA

- Upewnij się, że posiadasz „Site Unique ID” („Unikalny identyfikator witryny”) dla oprogramowania WatchGas.
- Zapewnij łączność z Internetem przez sieć Wi-Fi lub umieszczenie karty SIM umożliwiającej korzystanie z danych komórkowych.

WPROWADZENIE

Kiosk zgodności WatchGas działa jako terminal umożliwiający użytkownikowi sprawdzenie detektora gazu i zapewnia pełny przegląd stanu urządzenia, w tym wszelkich niezgłoszonych zdarzeń. Kiosk zgodności WatchGas automatycznie wysyła wszystkie dane do wyznaczonej witryny oprogramowania, zapewniając optymalny przegląd stanu floty, konserwacji predykcyjnej, zdarzeń i alarmów.

Ponadto Kiosk zgodności WatchGas zapewnia możliwość aktywnego zarządzania ustawieniami detektora i przypisaniami użytkowników.



KIOSK ZGODNOŚCI PRZEGLĄD


1. Ekran dotykowy
2. Zasilanie
3. Ekran dotykowy WŁ./WYŁ.
4. Etykieta instrukcji
5. Lokalizacja wkładu detektora
6. Uchwyt montażowy do stołu /
uchwyt ścienny

MONTAŻ KIOSKU ZGODNOŚCI


Kiosk zgodności WatchGas jest przeznaczony do montażu na ścianie lub na stojaku. Upewnij się, że kabel zasilający jest zamocowany, aby uniknąć jego uszkodzenia i ryzyka potknięcia. Zobacz rysunki poniżej.

Montaż ścienny


Dostarczone wsporniki montażowe mogą być używane do zamontowania Kiosku zgodności na ścianie lub stole. WatchGas zaleca sprawdzenie wytrzymałości obszaru montażu i wybór odpowiedniego sprzętu montażowego przed zamontowaniem Kiosku zgodności. Montaż Kiosku zgodności powinien być wykonany przez wykwalifikowanego wykonawcę instalacji.



Kiosk zgodności na ścianie




Kiosk zgodności na stole




Instalowanie wsporników


WPROWADŹ KONFIGURACJĘ



Użyj hasła „user” lub „service”, aby otworzyć menu konfiguracji.



Menu konfiguracji




Zapisane pliki konfiguracyjne:

Konfigurowanie plików referencyjnych do porównywania detektorów gazu.




Wybierz Unit type [Typ jednostki] i model.




Funkcja pliku

Umożliwia wybór pliku w odpowiedzi na potrzeby zgodności i ustawień wymaganych w detektorze, takich jak poziom alarmu i funkcje.




Menu Dziennika zdarzeń

Pokazuje wszystkie jednostki zaznaczone na liście zdarzeń.



Konfiguracja czytnika zgodności


Aby włączyć aktywację oprogramowania, wprowadź unikalny identyfikator witryny i połącz konkretną witrynę konta. Numer ten jest dostarczany wraz z zakupem oprogramowania.



Ustawienia aplikacji

Assign Check Function (Przypisz funkcję sprawdzania): jeśli detektor gazu nie ma identyfikatora użytkownika, aplikacja będzie wymagała wprowadzenia go. Unassign Site ID (Usuń przypisanie identyfikatora witryny): do użycia w trybie łączenia urządzenia. Opcja zmiany hasła.



JAK UŻYWAĆ



Aktywuj NFC.

Aktywuj NFC na detektorze.

Podłącz detektor do Kiosku zgodności, wkładając go do uchwyty klipsa.



Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie Kiosku zgodności.

Wyjdź z kontroli zgodności.

WSTAWIANIE DETEKTORA

Krok 1

W razie potrzeby włącz detektor gazu. Jeśli jest to 2- lub 3-letni SST1, urządzenie będzie już aktywne. Włącz NFC.

Krok 2

Włącz NFC Kiosku zgodności.

Krok 3

Dotknij urządzenia i poczekaj na transfer danych.

Krok 4


Potwierdź wszelkie potrzebne działania.

Krok 5

Wyjdź z kontroli zgodności.


WI-FI KIOSKU ZGODNOŚCI

Z menu głównego wybierz Ustawienia Wi-Fi. Tutaj możesz wybrać sieć Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć.



WYJŚCIE Z TRYBU KIOSKU

Aby wyjść z trybu kiosku, wybierz opcję Exit Kiosk mode [Wyjdź z trybu kiosku] z menu głównego. Wprowadź hasło „2017” i naciśnij Enter.



SPECYFIKACJE

Wymiary (D×S×W)	28 × 21 × 4 cm (11 × 8,25 × 1,5 cala)
Waga	800 g (1,76 funta)
Temperatura pracy	+5-40°C (40-104°F)
Wilgotność	10% do 90% wilgotności względnej
Temperatura przechowywania	0-50°C (32-120°F)
Zasilanie	USB C 5V
Zegar w czasie rzeczywistym	Tak, z możliwością aktualizowania
Przechowywanie danych	Ponad 1 rok eksploatacji
Możliwość połączenia	Wi-Fi, sieć komórkowa, BLE — podłączony do zegara zgodności z RTR
Funkcja testowania	Status urządzenia
Kompatybilność urządzenia	Jeden moduł kompatybilny z serią SST
Gwarancja	2 lata gwarancji

 **OSTRZEŻENIE**
WEWNĄTRZ BRAK CZĘŚCI WYMAGAJĄCYCH KONSERWACJI PRZEZ UŻYTKOWNIKA

KONSERWACJA

Najlepszą praktyką konserwacyjną jest wykonywanie rutynowych aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Kiosk zgodności WatchGas można czyścić miękką, wilgotną szmatką. Nie używaj rozpuszczalników, mydeł, lakierów ani nie zanurzaj Kiosku zgodności WatchGas w płynach. Całkowicie wyłącz urządzenie i odłącz zasilanie przed czyszczeniem.

 **OSTRZEŻENIE**
UŻYWAJ TYLKO ORYGINALNYCH CZĘŚCI I/LUB AKCESORIÓW WATCHGAS

CZĘŚCI I AKCESORIA

Części podlegające serwisowaniu i akcesoria sprzedawane są osobno. Prosimy o kontakt z firmą WatchGas lub jej autoryzowanym dystrybutorem bądź odwiedzenie strony internetowej www.watchgas.com lub www.watchgasusa.com w Ameryce Północnej.

Lista części:

- Klawisz włączania/wyłączania (nr kat.: 506252)
- Zasilacz
- Kabel zasilający USB (nr kat.: WG-519-0300-018)
- Klucz imbusowy (nr kat.: WG-519-0300-019 / WG-519-0300-020)
- Zestaw montażowy (nr kat.: 506244)
- Karta kontroli jakości (nr kat.: WG-519-0300-007)
- Skrócona instrukcja obsługi (nr kat.: WG-519-0300-009)

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Łączność z serwerem:

1. Sprawdź łączność internetową.
2. Sprawdź, czy oprogramowanie zgodności jest aktywne.
3. Sprawdź, czy oprogramowanie sprzętowe jest zaktualizowane.

Detektor nie łączy się:

1. Powtórz test.
2. Sprawdź, czy funkcja NFC jest włączona na detektorze.
3. Przetestuj działający detektor w stacji, aby zweryfikować jej funkcjonowanie.
4. Upewnij się, że detektor jest prawidłowo umieszczony w kiosku w celu rozwiązywania problemów. Dzieje się tak zazwyczaj w przypadku, gdy kiosk nie może nawiązać połączenia.

Awaria stacji:

1. Usuń błąd i spróbuj ponownie.
2. Skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.

DANE KONTAKTOWE

EMEA

Klaverbaan 121, 2908 KD, Capelle a/d IJssel,
the Netherlands
info@watchgas.com
www.watchgas.com

Ameryka Północna i Południowa

313 N. State Hwy 342, Red Oak, TX 75154, USA
info@watchgasusa.com
www.watchgasusa.com

APAC

Woods Square Tower 1,
12 Woodlands Square,
#11-71, Singapore 737715

ANZ

aus@watchgas.com

